



230312341044
有效期至2029年02月12日止

监 测 报 告

BHJC 自行监测 (2026) 05196 号

项目名称：河北新欣园能源股份有限公司雨水送样检测

受检单位：河北新欣园能源股份有限公司

监测类别：雨水

河北渤海远达环境检测技术有限公司

二〇二六年六月三日



说 明

- 1、报告封面无检验检测专用章/公章、CMA 章、骑缝章无效。
- 2、报告无编制人、审核人及授权签发人签字或等效标识无效。
- 3、报告涂改、增删无效。
- 4、复制报告需经本机构同意或授权。
- 5、未经本机构同意不得将报告作为商业广告等宣传使用。
- 6、本公司仅对本次监测结果负责，如有异议，请在收到监测报告 15 日内向本机构提出书面申诉。
- 7、本公司仅对本次检测结果负责。由委托方自行采样送检样品，仅对来样检测结果负责，不对样品来源负责。

编制人员: 高青

审核人员: 贾敬欣

签发人员: 任付勇

2026 年 06 月 03 日

机构名称: 河北渤海远达环境检测技术服务有限公司

通讯地址: 河北省沧州市黄骅市开发区京津装备制造转移园经一路
301 号

电话/传真: 0317-5606699

邮箱: bhyd2016@163.com

邮编: 061100

1、概述

受河北新欣园能源股份有限公司（电话：15632799521）委托，河北渤海远达环境检测技术服务有限公司于 2026 年 05 月 26 日收到河北新欣园能源股份有限公司雨水排放口的送样并进行检测。

2、监测内容

监测内容及样品信息一览表 2-1

类别	到样时间	样品名称	监测项目	样品数量	样品状态
雨水	2026-05-26 17: 00	DW002 雨水排放口	悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、pH	1 桶， 3000mL	无色、无味、透明、无油膜
		DW006 雨水排放口	悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、pH	1 桶， 3000mL	无色、无味、透明、无油膜

3、监测分析方法及使用仪器

分析方法及使用仪器信息一览表 3-1

类别	监测项目	分析方法	仪器名称及编号	检出限
雨水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）	COD 专用消解仪 BHJC-YQ016 滴定管 BHJC-YQB19-2	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009）	可见分光光度计 723C BHJC-YQ010	0.025mg/L
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T11901-1989）	电热恒温干燥箱 BHJC-YQ020 电子天平 BHJC-YQ032	/
	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）	紫外可见分光光度计 UV1800 BHJC-YQ011	0.01mg/L
	pH	《水质 pH 的测定 电极法》（HJ1147-2020）	pH 计 BHJC-YQ014	/

4、质量保证与质量控制

4.1 监测人员

本次监测任务的监测技术人员均经考核合格后持证上岗。

4.2 监测仪器

本次监测任务中所用仪器设备均经计量部门检定或校准。

4.3 监测过程

本次监测任务严格执行《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）和采

用的标准检测方法实施全过程的质量保证。

质控结果一览表 4-1

质控项目	单位	测定结果	标准样品编号	控制范围	判定
化学需氧量	mg/L	23.9	B24110133	24.0±1.8	合格
氨氮	mg/L	1.51	B25120863	1.50±0.09	合格
石油类	mg/L	10.8	B24110074	10.5±1.1	合格
pH	无量纲	7.34	2021117	7.34±0.06	合格

仪器检定/校准情况表 4-2

序号	仪器名称	设备型号	设备编号	有效期
1	可见分光光度计	723C	BHJC-YQ010	2026.07.05
2	紫外可见分光光度计	UV1800	BHJC-YQ011	2026.07.05
3	pH 计	PHS-3E	BHJC-YQ014	2026.07.05

5、监测结果

5.1 雨水监测结果

样品名称	检测项目	单位	检测结果
DW002 雨水排放口	化学需氧量	mg/L	26
	氨氮	mg/L	0.184
	悬浮物	mg/L	9
	石油类	mg/L	ND
	pH	无量纲	7.0
DW006 雨水排放口	化学需氧量	mg/L	27
	氨氮	mg/L	0.206
	悬浮物	mg/L	8
	石油类	mg/L	ND
	pH	无量纲	7.0

注：ND 表示未检出。

----- 以下空白 -----