CMA
230312341044
有效期至2029年02月12日止

监　测　报　告

BHJC 自行监测（2026）08271 号

项目名称：河北新欣园能源股份有限公司雨水送样检测

受检单位：河北新欣园能源股份有限公司

监测类别：雨水

河北渤海远达环境检测技术服务有限公司

二〇二六年九月十日

说　明

1、报告封面无检验检测专用章/公章、CMA 章、骑缝章无效。

2、报告无编制人、审核人及授权签发人签字或等效标识无效。

3、报告涂改、增删无效。

4、复制报告需经本机构同意或授权。

5、未经本机构同意不得将报告作为商业广告等宣传使用。

6、本公司仅对本次监测结果负责，如有异议，请在收到监测报告 15 日内向本机构提出书面申诉。

7、本公司仅对本次检测结果负责。由委托方自行采样送检样品，仅对来样检测结果负责，不对样品来源负责。

编制人员：

审核人员：

签发人员： **2026 年 09 月 10 日**

机构名称：河北渤海远达环境检测技术服务有限公司

通讯地址：河北省沧州市黄骅市开发区京津装备制造转移园经一路 301 号

电话/传真：0317－5606699

邮箱：bhyd2016@163.com

邮编：061100

1、概述

受河北新欣园能源股份有限公司（电话：15632799521）委托，河北渤海远达环境检测技术服务有限公司于 2026 年 08 月 28 日收到河北新欣园能源股份有限公司雨水排放口的送样并进行检测。

2、监测内容

监测内容及样品信息一览表 2-1

类别	到样时间	样品名称	监测项目	样品数量	样品状态
雨水	2026-08-28 09：30	DW002 雨水排放口	悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、pH	3L×1	无色、无味、透明、无油膜
		DW006 雨水排放口	悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、pH	3L×1	无色、无味、透明、无油膜

3、监测分析方法及使用仪器

分析方法及使用仪器信息一览表 3-1

类别	监测项目	分析方法	仪器名称及编号	检出限
雨水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）	COD 专用消解仪 BHJC-YQ016 滴定管 BHJC-YQB19-2	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009）	可见分光光度计 723C BHJC-YQ010	0.025mg/L
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T11901-1989）	电热恒温干燥箱 BHJC-YQ020 电子天平 BHJC-YQ032	/
	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）	紫外可见分光光度计 UV1800 BHJC-YQ011	0.01mg/L
	pH	《水质 pH 的测定 电极法》（HJ1147-2020）	pH 计 BHJC-YQ014	/

4、质量保证与质量控制

4.1 监测人员

本次监测任务的监测技术人员均经考核合格后持证上岗。

4.2 监测仪器

本次监测任务中所用仪器设备均经计量部门检定或校准。

4.3 监测过程

本次监测任务严格执行《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）和采

用的标准检测方法实施全过程的质量保证。

质控结果一览表 4-1

质控项目	单位	测定结果	标准样品编号	控制范围	判定
化学需氧量	mg/L	22.9	B25060580	24.2±2.4	合格
氨氮	mg/L	1.50	B25110586	1.48±0.12	合格
石油类	mg/L	10.9	B24110074	10.5±1.1	合格
pH	无量纲	7.35	2021117	7.34±0.06	合格

仪器检定/校准情况表 4-2

序号	仪器名称	设备型号	设备编号	有效期
1	可见分光光度计	723C	BHJC-YQ010	2027.06.13
2	紫外可见分光光度计	UV1800	BHJC-YQ011	2027.06.13
3	pH 计	PHS-3E	BHJC-YQ014	2027.06.13

5、监测结果

5.1 雨水监测结果

样品名称	检测项目	单位	检测结果
DW006 雨水排放口	化学需氧量	mg/L	22
	氨氮	mg/L	0.220
	悬浮物	mg/L	9
	石油类	mg/L	0.01
	pH	无量纲	7.2
DW002 雨水排放口	化学需氧量	mg/L	20
	氨氮	mg/L	0.201
	悬浮物	mg/L	8
	石油类	mg/L	0.01
	pH	无量纲	7.2

---------- 以下空白 ----------